



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Brzeg Dolny, dn. 20 października 2025 r.

DSCM Sp. z o.o.,
ul. Wilcza 6, 56-120 Brzeg Dolny

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zapytania **ofertowego nr 5/BD/Feniks/2025 Zakup i dostawa sprzętu medycznego.**

Zamawiający informuje, że w związku z otrzymanymi zapytaniami Wykonawców (pisownia oryginalna) odnośnie treści zapytania ofertowego, udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ergometr w którym zastosowano wyświetlacz monochromatyczny?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o takim parametrze.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści modułowy ergometr w którym zapisy EKG wykonywane są przez oddzielny aparat EKG (oferowany przez Wykonawcę – będący częścią całego zestawu do wykonywania próby wysiłkowej)?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o takim rozwiązaniu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ergometr w którym system detekcji i przylegania elektrod monitorowany jest i sygnalizowany przez dedykowany system komputerowy?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o takim parametrze.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie wyposażone było w system monitoringu właściwych obrotów podczas testów jedynie poprzez graficzny obraz? Czy dedykowana sygnalizacja kolorowymi diodami i informacja na wyświetlaczy będzie wystarczająca?

Odpowiedź 4:

Zamawiający wymaga monitoringu obrotów poprzez formułę graficzną. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jak sygnalizacja diodami i informacja na wyświetlaczu.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ergometr w którym zakres obrotów / min wynosi od 30 do 130?

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o takim parametrze.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści system do wykonywania prób wysiłkowych gdzie zastosowany jest tryb 2D do prezentacji trendów ilustrujących zmiany odcinka ST?

Odpowiedź 6:

Zamawiający dopuszcza system o takim parametrze.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia należy traktować jako nieodłączny element zapytania ofertowego.