Brzeg Dolny, dn. 22 października 2025 r.

DSCM Sp. z o.o.,
ul. Wilcza 6, 56-120 Brzeg Dolny

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zapytania **ofertowego nr 5/BD/Feniks/2025 Zakup i dostawa sprzętu medycznego.**

Zamawiający informuje, że w związku z otrzymanymi zapytaniami Wykonawców (pisownia oryginalna) odnośnie treści zapytania ofertowego, udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1
Koncentrator tlenu 2 szt

Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu o poniższych parametrach?
- cichy (<40dBa)
- filtry wymienne przez pacjenta
- cyfrowy przepływomierz ułatwiający monitorowanie terapii

Specyfikacja:
Wymiary - 410mm x 265mm x 530mm
Waga – 18 kg
Głośność - <40dBa
Pobór mocy - < 360W
Tryb pracy – ciągły
Regulacja przepływu - 0,5-5 litrów
Koncentracja tlenu - 93% (+/- 3%)
Ciśnienie wyjściowe tlenu - 30kPa- 80kPa

Zestaw zawiera:
- Koncentrator tlenu: 1 sztuka;
- Instrukcja obsługi: 1 egzemplarz;
- Kaniula donosowa do tlenu 1,6 m: 1 sztuka
- Filtr: 4 sztuki;
- Filtr wstępny: 1 sztuka.
- Nawilżacz: 1 sztuka

Opisany w szczegółowym opisie zamówienia koncentrator nie jest już produkowany.

Odpowiedź 1:
Zamawiający dopuszcza urządzenie o takich parametrach.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia należy traktować jako nieodłączny element zapytania ofertowego.