Brzeg Dolny, dn. 16 października 2025 r.

DSCM Obornki Śląskie Sp. z o.o.,
ul. Trzebnicka 37, 55-120 Oborniki Śląskie

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zapytania **ofertowego nr 5/OS/Feniks/2025 Zakup i dostawa sprzętu medycznego.**

Zamawiający informuje, że w związku z otrzymanymi zapytaniami Wykonawców (pisownia oryginalna) odnośnie treści zapytania ofertowego, udziela poniższych odpowiedzi.

Część 2 Zakup i dostawa wizualizatora naczyniowego (skaner żył)

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości, równoważny skaner żylny, wyświetlający niezbędne informacje (np. stan baterii, tryb pracy) bezpośrednio na skórze pacjenta? Rozwiązanie bez ekranu pozwala na maksymalne skupienie uwagi na pacjencie, bez odrywania wzroku od poszukiwanego miejsca wkłucia, co w skuteczny sposób podnosi efektywność pracy z urządzeniem. Dodatkowo brak ekranu znacząco zwiększa energooszczędność urządzenia.

Odpowiedź 1:
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o podanych parametrach.

Pytanie 2
Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści urządzenie, którego obsługa opiera się na opisanych piktogramami przyciskach i nie wymaga stosowania polskiego interfejsu? W przypadku czynności wymagającej skupienia, jaką jest trudne wkłucie, im mniejsza ilość informacji na urządzeniu wspomagającym tym bardziej efektywna praca operatora.

Odpowiedź 2:
Zamawiający dopuszcza urządzenia o podanych parametrach.

Pytanie 3
Prosimy o wyjaśnienie czy wymagany tryb Autofocus oznacza, że urządzenie wyraźnie wskazuje odległość w jakiej należy umieścić aparat, aby osiągnąć najbardziej ostry obraz żył? I czy Zamawiający dopuści takie urządzenie? Określenie „autofocus" w różnych sprzętach może oznaczać trochę inne funkcje, stąd prośba o doprecyzowanie.

Odpowiedź 3:
Tryb Autofocus ma wspomagać optymalne ustawienie odległości odczytu. Wskazywanie odległości w jakiej należy umieścić aparat, aby osiągnąć najbardziej ostry obraz żył, spełnia wymagania.

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści lokalizator naczyń żylnych, którego optymalna odległość od skóry to ok. 18-22 cm? Jest to wygodna i efektywna odległość pracy z urządzeniem.

Odpowiedź 4:
Zamawiający dopuszcza urządzenia o podanych parametrach.

Pytanie 5
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o emisji światła w bliskiej podczerwieni 530 - 850 nm. Jest to standardowa długość światła stosowana w wysokiej klasy skanerach żył, a różnica z wymaganą w specyfikacji wartością jest niezauważalna na operatora.

Odpowiedź 5:
Zamawiający dopuszcza urządzenia o podanych parametrach.

Pytanie 6
– Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy skaner żył z wyświetlaczem DLP 1,3 cala?

Odpowiedź 6:
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o podanych parametrach.

Pytanie 7
– Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy skaner żył z czasem pracy 2 godziny po pełnym naładowaniu?

Odpowiedź 7:
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o podanych parametrach.

Pytanie 8
– Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy skaner żył bez trybu Stand-by?

Odpowiedź 8:
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o podanych parametrach.

Pytanie 9
– Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy skaner żył z optymalną odległością wykrywania w zakresie 15-25 cm?

Odpowiedź 9:
Zamawiający dopuszcza urządzenia o podanych parametrach.

Część 1 – Zakup i dostawa fotelu ginekologicznego z regulacją wysokości.

Pytanie 1
Czy Zamawiający w pkt 3 SiWZ oczekuje że siedzisko będzie miało minimalną wysokość 45-47 cm i będzie na tej wysokości ustawione w najniższym położeniu płasko aby umożliwić przesiadanie się z wózka inwalidzkiego osobie z niepełnosprawnością ?
Uzasadnienie: Jeżeli siedzisko w najniższym położeniu 45-47cm nie będzie na płasko i tak osobą z niepełnosprawnością nie zajmie na nim miejsca ponieważ nie jest możliwe aby ,,pokonała samodzielnie ''kąt generowany przez siedzisko .
Rozwiązanie poprawne grafika nr 1

Odpowiedź 1:
Zamawiający doprecyzowuje że minimalna wysokość siedziska musi być w zakresie wysokości 45-47 cm.

Pytanie 2
Czy Zamawiający w pkt 8 SiWZ dopuści ,,strukturę fotela'' malowaną proszkowo , przednia i tylna część podstawy fotela obudowana osłonami z tworzywa sztucznego ?

Odpowiedź 2:
Zamawiający dopuszcza fotel o podanych parametrach.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia należy traktować jako nieodłączny element zapytania ofertowego.