

Brzeg Dolny, dn. 17 października 2025 r.

DSCM Oborniki Śląskie Sp. z o.o.,
ul. Trzebnicka 37, 55-120 Oborniki Śląskie

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zapytania **ofertowego nr 5/OS/Feniks/2025 Zakup i dostawa sprzętu medycznego.**

Zamawiający informuje, że w związku z otrzymanymi zapytaniami Wykonawców (pisownia oryginalna) odnośnie treści zapytania ofertowego, udziela poniższych odpowiedzi.

Część 3 Lampa UV bakterio i wirusobójcza

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści ofertę na lampy UV następnej generacji, emitujące filtrowane UV o długości fali 222nm, które wykazuje udowodnione naukowo bezpieczeństwo skóry i oczu, więc może w bezpieczny i bezpośredni sposób dezynfekować całe pomieszczenia (powietrze i powierzchnie) w czasie obecności ludzi?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o podanych parametrach.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści ofertę na rtęciową lampę przepływową UVC 254nm, która aby zdezynfekować powietrze w pomieszczeniu potrzebuje na to ponad 20 godzin pracy bez stałego dopływu nowych patogenów?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wskazuje na parametry, które nie zostały określone w specyfikacji, poza warunkiem dezynfekcji przepływowej.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia należy traktować jako nieodłączny element zapytania ofertowego.