Brzeg Dolny, dn. 31 października 2025 r.

DSCM Obornki Śląskie Sp. z o.o.,
ul. Trzebnicka 37, 55-120 Oborniki Śląskie

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zapytania **ofertowego nr 6/OS/Feniks/2025 Zakup i dostawa sprzętu medycznego.**

Zamawiający informuje, że w związku z otrzymanymi zapytaniami Wykonawców (pisownia oryginalna) odnośnie treści zapytania ofertowego, udziela poniższych odpowiedzi.

Część 1 – Zakup i dostawa fotelu ginekologicznego z regulacją wysokości.

Pytanie 1
Dot. Pkt 3
Wysokość siedziska minimalna w zakresie 45 - 47 cm
Czy Zamawiający dopuści wysokość siedziska minimalna 56 cm?

Odpowiedź 1:
Zamawiający nie dopuszcza fotela o podanym parametrze.

Pytanie 2
Dot. Pkt 5 Szerokość w zakresie 60 – 62 cm
Czy Zamawiający dopuści szerokość w zakresie 59,5 cm-76,5 cm?
Czy Zamawiający wymaga, aby szerokość całkowita fotela była w zakresie 60-62 cm?

Odpowiedź 2:
Zamawiający nie dopuszcza fotela o podanym parametrze.

Pytanie 3
Dot. Pkt 15 Para podpórek pod nogi.
Czy Zamawiający wymaga podpórek pod stopy czy podpórek typu Gopel?
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane podpórki pod nogi były mocowane na szynie bocznej czy sterowane elektrycznie za pomocą pilota?

Odpowiedź 3:
Zamawiający wymaga podpórek typu Gospel, mocowane na szynie bocznej lub sterowane elektrycznie za pomocą pilota.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia należy traktować jako nieodłączny element zapytania ofertowego.